

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : CA 19-9
 عنوان دستگاه : simense
 عنوان کنترل : عنوان کنترل : randox I
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
 سری ساخت : -/۱۷۵۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳.۹۱۶	۰.۹۶۹	۲۱.۸۴	۲۲.۸۰۹	۲۳.۷۷۸	۲۴.۷۴۷	۲۵.۷۱۶	۲۶.۶۸۵	۲۷.۶۵۴

مقدار	تاریخ
۲۴.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۲۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۲۴.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۲۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۲۶.۹	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۲۵.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۲۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۲۶.۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲۶.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۲۲.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۲۲.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۲۵.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۲۴.۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۲۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۲۴.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۲۵.۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 3.999	SD: 0.999	Mean: 24.972
------------	-----------	--------------