

عنوان کنترل : randox I
شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

عنوان آزمایش : CA 19-9
عنوان دستگاه : simense
سری ساخت : ۱۷۵۲-/-

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴.۷۰۲	۱.۱۸۲	۲۱.۵۹	۲۲.۷۷۲	۲۳.۹۵۴	۲۵.۱۳۶	۲۶.۳۱۸	۲۷.۵	۲۸.۶۸۲

مقدار	تاریخ
۲۴.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۲۴.۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۲۳.۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۲۳.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۲۳.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۲۵.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۲۲.۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۲۶.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۲۶.۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۵.۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۲۵.۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۲۵.۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 4.958	SD: 1.229	Mean: 24.796
------------	-----------	--------------

