

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان آزمایش : CA 19-9
 عنوان دستگاه : simense
 عنوان کنترل : عنوان کنترل : randox III
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
 سری ساخت : -/EC۱۷۶۶

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۱۱۳	۱۲.۳۶۹	۲۰۴.۷۹۳	۲۱۷.۱۶۲	۲۲۹.۵۳۱	۲۴۱.۹	۲۵۴.۲۶۹	۲۶۶.۶۳۸	۲۷۹.۰۰۷

مقدار	تاریخ
۲۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۲۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۲۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۲۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۲۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۲۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۲۵۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۲۴۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۲۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۲۴۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۲۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۲۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۲۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۲۴۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۲۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۲۴۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۲۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۲۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۲۴۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 5.646	SD: 13.773	Mean: 243.958
------------	------------	---------------