

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ : ۳۴۳۱۲۲۰۱ : سری ساخت : ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۳۲	۰.۱۳۱	۲.۶۳۳	۲.۷۶۴	۲.۸۹۵	۳.۰۲۶	۲.۱۵۷	۳.۲۸۸	۳.۴۱۹

مقدار	تاریخ
۳.۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۳.۹۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳.۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۳.۳۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۳.۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۳.۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۷

مقدار	تاریخ
۳.۹۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۳.۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۳.۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۳.۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۳.۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۳.۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۳.۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۳.۰۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۳.۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۳.۰۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۳.۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۳.۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۳.۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۳.۰۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۳.۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۳.۸۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

CV%: 3.599	SD: 0.111	Mean: 3.074
------------	-----------	-------------

