

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA-CLIA : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ : ۳۳۴۰۲۲۰۱ : سری ساخت : ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶	۰.۱۷۷	۲.۱۰۹	۲.۲۸۶	۲.۴۶۳	۲.۶۴	۲.۸۱۷	۲.۹۹۴	۳.۱۷۱

مقدار	تاریخ
۲.۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲.۶۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۲.۷۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲.۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۲.۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲.۶۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲.۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲.۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۲.۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۲.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲.۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲.۴۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲.۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۲.۷۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۴۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲.۹۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲.۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲.۷۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲.۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲.۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲.۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲.۵۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 5.095	SD: 0.135	Mean: 2.649
------------	-----------	-------------

