

Multichem-1

عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

CEA-CLIA

عنوان آزمایش :

ABBOT

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۵.۰۹۵	۰.۱۲۵	۲.۲۴۴	۲.۳۷۹	۲.۵۱۴	۲.۶۴۹	۲.۷۸۴	۲.۹۱۹	۳.۰۵۴

مقدار	تاریخ
۲.۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۲.۷۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۲.۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۲.۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۲.۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۳۰
۲.۷	۱۴۰۰/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲.۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۲.۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۲.۷۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۷
۲.۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۲.۸۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۲.۸۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲.۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۲.۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۵۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲.۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۳
۲.۵۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲.۴۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۲.۷۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲.۶۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲.۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۲.۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۰

CV%: 4.629	SD: 0.124	Mean: 2.679
------------	-----------	-------------

