

عنوان آزمایش : CEA  
عنوان دستگاه : ABBOT سری ساخت : 33402201

عنوان کنترل : Multichem-1  
شروع کنترل : 1400/02/01

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
3.014	2.901	2.788	2.675	2.562	2.449	2.336	0.113	4.236

تاریخ	مقدار
17/04/1400	2.69
19/04/1400	2.63
20/04/1400	2.85
21/04/1400	2.79

تاریخ	مقدار
09/04/1400	2.68
10/04/1400	2.7
12/04/1400	2.8
13/04/1400	2.7
14/04/1400	2.54
15/04/1400	2.58
16/04/1400	2.63

تاریخ	مقدار
01/04/1400	2.5
02/04/1400	2.63
03/04/1400	2.82
05/04/1400	2.76
06/04/1400	2.8
07/04/1400	2.55
08/04/1400	2.62

Mean: 2.682	SD: 0.105	CV%: 3.907
-------------	-----------	------------

