

Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۲/۲۵:

سری ساخت : ۴۶۲۶۴۸

Alpha Fetoprotein -CLIA : عنوان آزمایش :  
Cobas E411 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۳۴۲	۳.۹۸	۶۲.۵۷۷	۶۶.۵۵۷	۷۰.۵۳۷	۷۴.۵۱۷	۷۸.۴۹۷	۸۲.۴۷۷	۸۶.۴۵۷

مقدار	تاریخ
۸۱.۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷۵	۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۷۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۳

CV%: 5.095	SD: 3.876	Mean: 76.075
------------	-----------	--------------

