

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ : سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱ / ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۳.۶	۰.۱۷۷	۲.۱۰۹	۲.۲۸۶	۲.۴۶۳	۲.۶۴	۲.۸۱۷	۲.۹۹۴	۳.۱۷۱

مقدار	تاریخ
۲.۹۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳
۲.۷۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۲.۷۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۲.۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۲.۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۲.۷۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲.۷۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۲.۸۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۱
۲.۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۳
۲.۹۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۲.۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۲.۹۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۲.۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۲.۵۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۲.۹۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۲.۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۹۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۲.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۲.۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۲.۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۲.۸۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۲.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۲.۶۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۲.۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۹
۲.۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۱۰

CV%: 4.669	SD: 0.131	Mean: 2.813
------------	-----------	-------------

