

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ : سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱ / ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۴۰۴	۰.۱۲۵	۲.۴۶۳	۲.۵۸۸	۲.۷۱۳	۲.۸۳۸	۲.۹۶۳	۳.۰۸۸	۳.۲۱۳

مقدار	تاریخ
۲.۶۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۲.۷۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۲.۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۵
۲.۶۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۲.۷۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۷
۲.۸۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۲.۶	۱۴۰۰/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۹۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۲.۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۲.۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۲.۹۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۲.۸۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۲.۶۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۸
۲.۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۲.۷۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۲.۸۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۸۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۳.۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲.۹۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۲.۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۲.۶۹	۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۲.۸۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۱

CV%: 4.371	SD: 0.124	Mean: 2.842
------------	-----------	-------------

