

عنوان آزمایش : CEA  
عنوان دستگاه : ABBOT سری ساخت : 34312201

عنوان کنترل : Multichem-1  
شروع کنترل : 1400/09/18


3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
3.59	3.39	3.19	2.99	2.79	2.59	2.39	0.2	3.6

تاریخ	مقدار
30/09/1400	3.11
01/10/1400	2.93
02/10/1400	2.9
04/10/1400	2.85

تاریخ	مقدار
24/09/1400	2.84
25/09/1400	2.67
27/09/1400	2.81
28/09/1400	2.97
29/09/1400	2.93

تاریخ	مقدار
18/09/1400	2.81
20/09/1400	2.99
21/09/1400	2.91
22/09/1400	3.06
23/09/1400	2.87

Mean: 2.904	SD: 0.111	CV%: 3.827
-------------	-----------	------------



عنوان آزمایش : CEA

عنوان دستگاه : ABBOTT

سری ساخت : 34312203

عنوان کنترل :

شروع کنترل : 1400/09/18

Multichem-3

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
59.801	56.484	53.167	49.85	46.533	43.216	39.899	3.317	3.6

تاریخ	مقدار
30/09/1400	46.3
01/10/1400	48.5
02/10/1400	48.7
04/10/1400	48.9

تاریخ	مقدار
24/09/1400	50.1
25/09/1400	48.7
27/09/1400	49.5
28/09/1400	50.7
29/09/1400	50.8

تاریخ	مقدار
18/09/1400	50.6
20/09/1400	48.5
21/09/1400	46.7
22/09/1400	48.9
23/09/1400	50.2

Mean: 49.079	SD: 1.381	CV%: 2.813
--------------	-----------	------------

