

control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

سری ساخت : ۴۸۳۵۹۹

CEA : عنوان آزمایش :  
cobas 6000 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۰	۰.۲۸	۴.۲۸	۴.۶۶	۵.۰۴	۵.۴۲	۵.۸	۶.۱۸	۶.۵۶

مقدار	تاریخ
۵.۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴.۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۴.۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۴.۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۵.۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۵

مقدار	تاریخ
۵.۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۵.۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۴.۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۴.۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵.۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۵.۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۵.۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۵.۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۵.۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵.۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۵.۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۵.۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۵.۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱

CV%: 5.566	SD: 0.291	Mean: 5.231
------------	-----------	-------------

