

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ : ۳۵۰۰۶۳۱۱ : سری ساخت : ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۵.۳۰۲	۰.۱۳۶	۲.۱۵۷	۲.۲۹۳	۲.۴۳۹	۲.۵۶۵	۲.۷۰۱	۲.۸۳۷	۲.۹۷۳

مقدار	تاریخ
۲.۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۲.۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۲.۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲.۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲.۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۲.۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۲.۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۲.۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲.۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۲.۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۲.۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۲.۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲.۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
۲.۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۲.۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱
۲.۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲.۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۲.۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۴
۲.۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲.۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
۲.۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۸
۲.۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۹

CV%: 6.237	SD: 0.161	Mean: 2.575
------------	-----------	-------------

