

control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

سری ساخت : ۴۸۳۵۹۹

CEA : عنوان آزمایش :
cobas 6000 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۰	۰.۳۸	۴.۲۸	۴.۶۶	۵.۰۴	۵.۴۳	۵.۸	۶.۱۸	۶.۵۶

مقدار	تاریخ
۵.۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۴.۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۴.۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۵.۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۵.۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۳
۴.۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۴.۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵.۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۵.۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵.۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۵.۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۵.۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۵.۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰
۴.۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۴.۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۱
۴.۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۵.۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۴.۷۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶
۴.۷۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۴.۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۵.۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴.۷۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۴.۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳
۴.۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۵

مقدار	تاریخ
۵.۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۵.۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۵.۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۵.۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۷
۵.۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۵.۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۵.۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۵.۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۵.۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۴.۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۴
۴.۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۵.۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۵.۱۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۸

CV%: 5.987	SD: 0.308	Mean: 5.138
------------	-----------	-------------

