

control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

سری ساخت : ۴۸۳۵۹۹

CEA : عنوان آزمایش :  
cobas 6000 : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۵.۷۹۳	۰.۲۹۴	۴.۱۸۹	۴.۴۸۳	۴.۷۷۷	۵.۰۷۱	۵.۳۶۵	۵.۶۵۹	۵.۹۵۳

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴.۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۴.۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۵.۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۴.۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۴.۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۴.۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۴.۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۴.۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۵.۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۵.۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵

مقدار	تاریخ
۴.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۵.۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۵.۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۵.۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۴.۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۵.۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۵.۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۲

CV%: 4.213	SD: 0.211	Mean: 5.001
------------	-----------	-------------

