

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ / سری ساخت : ۳۴۳۱۲۲۰۱ / ABBOT : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۶	۰.۲	۲.۳۹	۲.۵۹	۲.۷۹	۲.۹۹	۳.۱۹	۳.۳۹	۳.۵۹

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳

مقدار	تاریخ
۲.۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۲.۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۲.۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵

CV%: 5.356	SD: 0.148	Mean: 2.76
------------	-----------	------------



control I : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

سری ساخت : ۵۳۳۹۶۰

CEA

cobas 6000

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۵.۱	۰.۲۱۳	۳.۹۴	۴.۱۵۳	۴.۳۶۷	۴.۵۸	۴.۷۹۳	۵.۰۰۷	۵.۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۴.۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۴.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۸

CV%: 1.945	SD: 0.083	Mean: 4.268
------------	-----------	-------------

