

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ : سری ساخت : -/۳۳۴۰۲۲۰۱ : ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۳.۶	۰.۲	۲.۳۹	۲.۵۹	۲.۷۹	۲.۹۹	۳.۱۹	۳.۳۹	۳.۵۹

مقدار	تاریخ
۲.۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۳.۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۳.۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۳.۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۳.۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲.۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴
۲.۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۲.۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۲.۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۲.۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۲.۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۲.۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۲.۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۲.۸۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۲.۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۲.۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲.۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۲.۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲

CV%: 8.137	SD: 0.237	Mean: 2.912
------------	-----------	-------------

