

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ : سری ساخت : -/۳۳۴۰۲۲۰۱ : ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۵۰۶	۰.۱۲۶	۲.۴۳۷	۲.۵۵۳	۲.۶۷۹	۲.۸۰۵	۲.۹۳۱	۳.۰۵۷	۳.۱۸۳

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۲.۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲.۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۳.۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲.۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۲.۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰
۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲.۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳
۲.۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۴
۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵
۳.۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶
۳.۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷
۲.۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹
۳.۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۰
۲.۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱
۲.۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۲
۲.۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۲.۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳
۲.۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵
۲.۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۶
۲.۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۷
۲.۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸
۲.۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹

CV%: 3.907	SD: 0.113	Mean: 2.903
------------	-----------	-------------

