

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ : ۳۵۰۰۶۳۱۱ : سری ساخت : ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۴۹۵	۰.۱۱۷	۲.۲۵	۲.۳۶۷	۲.۴۸۴	۲.۶۰۱	۲.۷۱۸	۲.۸۳۵	۲.۹۵۲

مقدار	تاریخ
۲.۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲.۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۲.۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۲.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۲.۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۲.۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۲.۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۲.۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۲.۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۲.۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۲.۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۲.۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۲.۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۲.۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۲.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۲.۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۲.۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۲.۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۲.۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۲.۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱

CV%: 4.826	SD: 0.121	Mean: 2.51
------------	-----------	------------

