

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ : ۳۵۰۰۶۳۱۱ : سری ساخت : ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۵.۰۲۴	۰.۱۲۷	۲.۱۴۹	۲.۲۷۶	۲.۴۰۳	۲.۵۳	۲.۶۵۷	۲.۷۸۴	۲.۹۱۱

مقدار	تاریخ
۲.۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۲.۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۲.۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۲.۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۲.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۲.۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۲.۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۲.۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۲.۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۲.۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۲.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۲.۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۲.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۲.۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۲.۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۱

مقدار	تاریخ
۲.۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۲.۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۲.۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۲.۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۲.۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۲.۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۲.۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲.۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۲.۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

CV%: 4.771	SD: 0.122	Mean: 2.553
------------	-----------	-------------

