

multichem -2 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ : ۲۵۰۰۶۳۱۲ : سری ساخت : Abbott : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۳.۶	۱.۳۵	۱۶.۲	۱۷.۵۵	۱۸.۹	۲۰.۲۵	۲۱.۶	۲۲.۹۵	۲۴.۳

مقدار	تاریخ
۱۸.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۷
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۱۸.۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۱۸.۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۱

مقدار	تاریخ
۲۰.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۸
۲۰.۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۲۱.۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۰.۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۲۰.۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۴
۲۰.۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶

مقدار	تاریخ
۱۷.۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۱۷.۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰
۱۹.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۲۰.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۱۸.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۱۹.۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۲۰.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷

CV%: 5.812	SD: 1.143	Mean: 19.668
------------	-----------	--------------



Multichem-3 : عنوان کنترل : CEA : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ : ۳۵۰۰۶۲۱۳ : سری ساخت : ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۳.۲۵۲	۱.۱۸۹	۳۲.۹۷	۳۴.۱۵۹	۳۵.۳۴۸	۳۶.۵۳۷	۳۷.۷۲۶	۳۸.۹۱۵	۴۰.۱۰۴

مقدار	تاریخ
۳۶.۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳۵.۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۳۶.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴

CV%: 2.287	SD: 0.817	Mean: 35.74
------------	-----------	-------------

