

Permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

CEA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۶۹۶	۵,۷۵۷	۶۸,۷۱۴	۷۴,۴۷۱	۸۰,۲۲۸	۸۵,۹۸۵	۹۱,۷۴۲	۹۷,۴۹۹	۱۰۳,۲۵۶

مقدار	تاریخ
۷۹,۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۸۹,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۸۵,۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۸۴,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۹۰,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
۸۵,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
۸۵,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۹

مقدار	تاریخ
۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۸۴,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۸۵,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۸۵,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶

CV%: 3.955	SD: 3.427	Mean: 86.669
------------	-----------	--------------

