

Permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

CEA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۹۲	۴,۶۵۵	۷۲,۳۶۲	۷۷,۰۱۷	۸۱,۶۷۲	۸۶,۳۲۷	۹۰,۹۸۲	۹۵,۶۳۷	۱۰۰,۲۹۲

مقدار	تاریخ
۹۱,۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۸۸,۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۸۸,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۸۹,۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۸۵,۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۸۷,۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۹

CV%: 4.181	SD: 3.633	Mean: 86.91
------------	-----------	-------------

