

عنوان آزمایش : CEA
عنوان دستگاه : simense
عنوان کنترل : Permium plus II
سری ساخت : ۲۱۰۷
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₃ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₃ |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۹.۸ | ۱.۸۳۳ | ۵۴.۰۰۱ | ۵۵.۸۳۴ | ۵۷.۶۶۷ | ۵۹.۵ | ۶۱.۳۳۳ | ۶۳.۱۶۶ | ۶۴.۹۹۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
| ۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
| ۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
| ۵۹.۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
| ۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
| ۵۹.۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
| ۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
| ۵۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
| ۵۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |

| | | |
|------------|----------|--------------|
| CV%: 3.257 | SD: 1.95 | Mean: 59.867 |
|------------|----------|--------------|

