

عنوان کنترل : randox II
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

عنوان آزمایش : CEA
عنوان دستگاه : Simense
سری ساخت : ۲۱۰۷


%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۹.۸	۲.۴۳۳	۲۹.۱۰۱	۳۱.۵۳۴	۳۳.۹۶۷	۳۶.۴	۳۸.۸۳۳	۴۱.۲۶۶	۴۳.۶۹۹

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۳۴.۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۳۶.۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۲
۳۹.۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۳۶.۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۳۷.۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸

CV%: 6.425	SD: 2.47	Mean: 38.438
------------	----------	--------------



22