

Permium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

CEA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۹,۸	۵,۷۶۷	۶۹,۳۹۹	۷۵,۱۶۶	۸۰,۹۳۳	۸۶,۷	۹۲,۴۶۷	۹۸,۲۳۴	۱۰۴,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۸۴,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۸۵,۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۸۵,۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶
۸۴,۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷
۹۰,۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۸۰,۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴
۹۶,۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۹۱,۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۸۸,۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۳
۹۰,۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷
۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۷۸,۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۱
۸۴,۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۷۹,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۷۹,۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۸۳,۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۷
۸۴,۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹

CV%: 5.842	SD: 5.057	Mean: 86.555
------------	-----------	--------------

