

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA-CLIA : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱ : ABBOT : عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ^۲ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۲ |
|------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳.۴۲ | ۰.۱۱۲ | ۲.۹۲۶ | ۳.۰۳۸ | ۳.۱۵ | ۳.۲۶۲ | ۳.۳۷۴ | ۳.۴۸۶ | ۳.۵۹۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
| ۳.۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
| ۳.۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
| ۳.۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
| ۳.۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
| ۳.۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
| ۳.۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
| ۳.۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
| ۳.۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
| ۳.۱۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
| ۳.۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
| ۳.۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
| ۳.۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
| ۳.۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
| ۳.۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳.۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
| ۳.۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
| ۳.۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
| ۳.۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
| ۳.۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
| ۳.۱۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
| ۳.۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
| ۳.۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
| ۳.۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |

| | | |
|------------|----------|-------------|
| CV%: 2.734 | SD: 0.09 | Mean: 3.284 |
|------------|----------|-------------|