

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA-CLIA : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : ۳۳۹۰۸۱۹۱ : سری ساخت : ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD _۱ -	SD _۲ -	SD _۱ -	MEAN	SD _۱	SD _۲	SD _۲
۲.۸۰۱	۰.۰۹۳	۲.۰۲۵	۲.۱۱۸	۲.۲۱۱	۳.۳۰۴	۲.۳۹۷	۲.۴۹	۲.۵۸۲

مقدار	تاریخ
۳.۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۳.۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۳.۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۳.۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۳.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۳.۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳.۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳.۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۳.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۳.۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۳.۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۳.۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۳.۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳.۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۳.۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۳.۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸

CV%: 3.184	SD: 0.105	Mean: 3.302
------------	-----------	-------------

