

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

Multichem-1 : عنوان کنترل : CEA-CLIA : عنوان آزمایش :
 شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ : سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱ : ABBOT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₁ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۹۱	۰.۱۲۳	۲.۷۸۶	۲.۹۰۹	۲.۰۳۲	۳.۱۵۵	۲.۲۷۸	۳.۴۰۱	۳.۵۲۴

مقدار	تاریخ
۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۳.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۳.۳۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۳.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۳.۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۳.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۳.۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۳.۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۳.۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۳.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۳.۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۳.۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۳.۳۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۳.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۳.۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۳.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۳.۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۳.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۳.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۳.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۳.۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۳.۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۳.۳۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۳.۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 3.591	SD: 0.117	Mean: 3.263
------------	-----------	-------------