

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۲:

سری ساخت : FN00۰۱۷۲۷

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgG)-CLIA  
عنوان دستگاه : abbot

| %CV   | SD    | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۲</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۴.۱۶۴ | ۱.۴۱۶ | ۲۹.۷۵۲            | ۳۱.۱۶۸            | ۳۲.۵۸۴            | ۳۴   | ۳۵.۴۱۶          | ۳۶.۸۳۲          | ۳۸.۲۴۸          |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۴.۲  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
| ۳۴.۱  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
| ۳۳    | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
| ۳۳    | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۶.۲  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
| ۳۲.۵  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
| ۳۳    | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
| ۳۳    | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
| ۳۱.۵  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
| ۳۳.۲  | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۳۵.۶  | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
| ۳۵    | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
| ۳۴.۶  | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
| ۳۴    | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
| ۳۳.۶  | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
| ۳۶    | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |

|            |           |              |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 4.279 | SD: 1.446 | Mean: 33.781 |
|------------|-----------|--------------|

