

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۲:

سری ساخت : FN00۰۱۷۲۷

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgG)-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۸۶	۱.۲۹۳	۲۹.۶۳۴	۳۰.۹۱۷	۳۲.۲۱	۳۳.۵۰۳	۳۴.۷۹۶	۳۶.۰۸۹	۳۷.۳۸۲

مقدار	تاریخ
۳۳.۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۳۳.۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۳۲.۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۳۱.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۳۳.۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۳۳.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۱.۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۳۳.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۳۱.۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۳۲.۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۳۱.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۳۲.۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۳.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۳۲.۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 3.155	SD: 1.035	Mean: 32.804
------------	-----------	--------------

