

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۲:

سری ساخت : FN00۰۱۷۲۷

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgG)-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۳۱۵	۰.۷۲۳	۲۹.۰۷۴	۲۹.۷۹۷	۳۰.۵۲	۳۱.۲۴۳	۳۱.۹۶۶	۳۲.۶۸۹	۳۳.۴۱۲

مقدار	تاریخ
۳۰.۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۰
۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۱۱

مقدار	تاریخ
۳۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۵
۳۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۳۱.۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۹

مقدار	تاریخ
۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۲
۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۳
۳۰.۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۴

CV%: 2.251	SD: 0.699	Mean: 31.05
------------	-----------	-------------

