

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۲/۱۱:

سری ساخت : FN00۰۱۷۲۷

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgG)-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۲	۵	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵

مقدار	تاریخ
۲۶.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۲۸.۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۹.۶	۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۷.۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۰
۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲۵.۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۲
۳۱.۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۴
۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۵
۲۷.۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۶

مقدار	تاریخ
۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
۲۴.۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۲
۲۴.۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۵
۲۵.۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷
۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۳۰.۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۹

CV%: 10.243	SD: 2.739	Mean: 26.738
-------------	-----------	--------------

