

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۲/۱۱:

سری ساخت : FN00۰۱۷۲۷

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgG  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۰.۲۴۳	۲.۷۳۹	۱۸.۵۲۱	۲۱.۲۶	۲۳.۹۹۹	۲۶.۷۳۸	۲۹.۴۷۷	۳۲.۲۱۶	۳۴.۹۵۵

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۲۴.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۳.۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۲۷.۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۸.۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۹.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۰.۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۷
۳۱.۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۲۹.۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۳۰.۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۱.۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱
۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۲۴.۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۳۰.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۳۰.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۰

CV%: 9.902	SD: 2.887	Mean: 29.15
------------	-----------	-------------

