

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۲/۱۱:

سری ساخت : FN00۰۱۷۲۷

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgG
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۹.۶۱۳	۲.۸۲۱	۲۰.۸۸	۲۲.۷۰۱	۲۶.۵۲۲	۲۹.۳۴۲	۳۲.۱۶۴	۳۴.۹۸۵	۳۷.۸۰۶

مقدار	تاریخ
۲۸.۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵
۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸
۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۵.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۹
۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۱
۲۵.۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۲۶.۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳
۳۰.۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۴

مقدار	تاریخ
۳۱.۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۲
۲۸.۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴
۳۰.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۲۶.۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۲۷.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷

CV%: 9.923	SD: 2.941	Mean: 29.644
------------	-----------	--------------

