

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgG
عنوان دستگاه : LIAISON
سری ساخت : ۰۱۰
عنوان کنترل : پولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۱۴	۱۱.۸	۱۳۳.۸	۱۳۵.۶	۱۴۷.۴	۱۵۹.۲	۱۷۱	۱۸۲.۸	۱۹۴.۶

مقدار	تاریخ
۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۸
۱۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۰

مقدار	تاریخ
۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸

CV%: 5.983	SD: 8.975	Mean: 150
------------	-----------	-----------

