

عنوان کنترل : cmv igg2
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۰/۱۰

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgG
عنوان دستگاه : LIAISON
سری ساخت : ۱۶۵۰۱۹۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۹۷۸	۶,۴۳۴	۵۲,۳۶۵	۵۸,۷۹۹	۶۵,۲۳۳	۷۱,۶۶۷	۷۸,۱۰۱	۸۴,۵۳۵	۹۰,۹۶۹

مقدار	تاریخ
۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱
۷۰,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۶۴,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۶۷,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۶۷,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۵۷,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲
۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۷۱,۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰

مقدار	تاریخ
۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۶۲,۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۸۰,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰

CV%: 10.58	SD: 7.544	Mean: 71.3
------------	-----------	------------

