

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1
 شروع کنترل
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲:

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgG)-CLIA
 عنوان دستگاه : abbot
 سری ساخت : FN00۰۱۷۲۷

| %CV | SD | SD _۲ - | SD _۲ - | SD _۱ - | MEAN | SD _۱ | SD _۲ | SD _۲ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۶.۲۷۴ | ۲.۰۴۳ | ۲۶.۴۳۸ | ۲۸.۴۸۱ | ۳۰.۵۲۴ | ۳۲.۵۶۷ | ۳۴.۶۱ | ۳۶.۶۵۳ | ۳۸.۶۹۶ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
| ۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
| ۳۲.۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
| ۳۴.۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
| ۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
| ۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۲۸.۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
| ۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
| ۳۱.۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
| ۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
| ۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
| ۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
| ۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
| ۳۱.۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
| ۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
| ۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
| ۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
| ۳۲.۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
| ۳۱.۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
| ۲۹.۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
| ۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
| ۲۸.۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
| ۳۱.۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 6.804 | SD: 2.203 | Mean: 32.375 |
|------------|-----------|--------------|