

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1  
 شروع کنترل  
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲:

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgG)-CLIA  
 عنوان دستگاه : abbot  
 سری ساخت : FN00۰۱۷۲۷

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۶.۲۷۴	۲.۰۴۳	۲۶.۴۳۸	۲۸.۴۸۱	۳۰.۵۲۴	۳۲.۵۶۷	۳۴.۶۱	۳۶.۶۵۳

مقدار	تاریخ
۳۵.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۳۴.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۳۱.۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۳۲.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۳۳.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۳۳.۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۳۵.۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۳۲.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۳۴.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۳۵.۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۳۴.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 4.101	SD: 1.405	Mean: 34.257
------------	-----------	--------------