

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgG)-CLIA
 عنوان دستگاه : abbot

FN00 سری ساخت : ۰۱۷۲۷

عنوان کنترل : abbot-1
 شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
38.542	37.097	35.652	34.207	32.762	31.317	29.872	1.445	4.224

تاریخ	مقدار
12/12/1399	36

تاریخ	مقدار
06/12/1399	33
09/12/1399	34
10/12/1399	32.6
11/12/1399	33

تاریخ	مقدار
02/12/1399	34
03/12/1399	32
04/12/1399	33
05/12/1399	32.5

Mean: 33.344	SD: 1.191	CV%: 3.571
--------------	-----------	------------

