

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲

سری ساخت : FN00۰۱۷۲۷

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgG)-CLIA
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶.۷۲۱	۱۰.۴۰۵	۱۲۳.۵۹۲	۱۳۳.۹۹۷	۱۴۴.۴۰۲	۱۵۴.۸۰۷	۱۶۵.۲۱۲	۱۷۵.۶۱۷	۱۸۶.۰۲۲

مقدار	تاریخ
۱۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۱۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۱۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۱۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۱۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۱۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۱۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۱۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۱
۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۱۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۱۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷

CV%: 6.537	SD: 9.769	Mean: 149.444
------------	-----------	---------------

