

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1  
 شروع کنترل  
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۲:

سری ساخت : FN00۰۱۷۲۷

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgG)-CLIA  
 عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۳</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۳</sub>
۷.۳۰۶	۲.۲۴۶	۲۳.۹۹۵	۲۶.۳۴۱	۲۸.۴۸۷	۳۰.۷۳۳	۲۲.۹۷۹	۳۵.۲۲۵	۳۷.۴۷۱

مقدار	تاریخ
۳۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۳۲.۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۳۳.۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۳۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۳۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۳۳.۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۳۰.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۳۲.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۳۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۲۹.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۲۸.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۲۸.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۳۰.۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۲۹.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۳۱.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۳۲.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۳۱.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۳۰.۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۳۱.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۳۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۳۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۳۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 6.851	SD: 2.188	Mean: 31.931
------------	-----------	--------------