

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۹/۰۷:

CMV Ab (IgM)-CLIA : عنوان آزمایش :  
ABBOTT : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : FN00۱۱۱۸۳

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۴.۷۶۴	۰.۱۰۹	۱.۹۶۸	۲.۰۷۷	۲.۱۸۶	۲.۳۹۵	۲.۴۰۴	۲.۵۱۳	۲.۶۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۳
۲.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۲.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲.۵۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۲.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۲.۴۳	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۲.۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۳
۲.۴۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۲.۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۲.۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۲.۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۲.۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۲.۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱
۲.۴۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۲.۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۳.۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۲.۳۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۲.۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۲.۳۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲.۳۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۹

CV%: 5.738	SD: 0.136	Mean: 2.376
------------	-----------	-------------

