

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۱۹:

سری ساخت : FNO011183

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgM)-CLIA
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۵.۳۴۳	۰.۱۲۹	۲.۰۲۱	۲.۱۵	۲.۴۰۸	۲.۵۳۷	۲.۶۶۶	۲.۷۹۵

مقدار	تاریخ
۲.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۲.۵۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۲.۵۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۲.۶۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۲.۵۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲.۴۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۹

مقدار	تاریخ
۲.۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۲.۳۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۲.۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۲.۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۵

CV%: 5.604	SD: 0.137	Mean: 2.444
------------	-----------	-------------

