

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۰۹/۰۷:

سری ساخت : FN00۱۱۱۸۳

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgM)-CLIA  
عنوان دستگاه : ABBOTT


%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۶.۸	۰.۳۸۳	۱.۱۵۱	۱.۵۳۴	۱.۹۱۷	۲.۳	۲.۶۸۳	۳.۰۶۶	۳.۴۴۹

مقدار	تاریخ
۲.۳۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۵
۲.۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۲.۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۲.۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۹
۲.۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۱۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۶
۲.۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۲.۳۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۸
۲.۳۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۰
۲.۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۱
۲.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۲
۲.۱۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۳
۲.۴۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۴

مقدار	تاریخ
۲.۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۰۷
۲.۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۰۸
۲.۳۹	۱۴۰۰/۰۹/۰۹
۲.۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۲.۴۵	۱۴۰۰/۰۹/۱۱
۲.۲۷	۱۴۰۰/۰۹/۱۲
۲.۳۸	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۲.۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۱۵

CV%: 4.764	SD: 0.109	Mean: 2.295
------------	-----------	-------------



22