

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

سری ساخت : c6c160

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۸	۰.۳۸۳	۱.۱۵۱	۱.۵۳۴	۱.۹۱۷	۲.۳	۲.۶۸۳	۳.۰۶۶	۳.۴۴۹

مقدار	تاریخ
۳.۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۲.۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۲.۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲.۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۲.۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۲.۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹

مقدار	تاریخ
۲.۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲.۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲.۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۲.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲.۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰

CV%: 8.167	SD: 0.225	Mean: 2.758
------------	-----------	-------------

