

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

سری ساخت : c6c160

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۶.۸	۰.۳۸۳	۱.۱۵۱	۱.۵۳۴	۱.۹۱۷	۲.۳	۲.۶۸۳	۳.۰۶۶	۳.۴۴۹

مقدار	تاریخ
۲.۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۲.۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۰
۲.۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱
۲.۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
۲.۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۴
۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۳.۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۲.۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸

مقدار	تاریخ
۲.۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۲.۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۳.۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۲.۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲
۲.۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
۲.۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷
۲.۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۸

مقدار	تاریخ
۲.۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳
۲.۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴
۲.۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷
۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸
۲.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲.۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰
۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲.۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۲.۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴

CV%: 9.297	SD: 0.251	Mean: 2.705
------------	-----------	-------------

