

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM  
عنوان دستگاه : ABBOTT  
سری ساخت : /C6C160

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۸,۹	۰,۳۸۳	۱,۱۵۱	۱,۵۳۴	۱,۹۱۷	۲,۳	۲,۶۸۳	۳,۰۶۶	۳,۴۴۹

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۲,۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۲,۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳

مقدار	تاریخ
۲,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۲,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۲,۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳
۲,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۲,۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲,۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۲,۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲
۲,۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۲,۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۴
۲,۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۲,۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹

CV%: 10.137	SD: 0.249	Mean: 2.456
-------------	-----------	-------------

