

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

عنوان آزمایش : (CMV Ab (IgM
عنوان دستگاه : ABBOTT
سری ساخت : C6C160

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰,۶۸۶	۰,۲۷۷	۱,۷۶۱	۲,۰۳۸	۲,۳۱۵	۲,۵۹۲	۲,۸۶۹	۳,۱۴۶	۳,۴۲۳

مقدار	تاریخ
۲,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۲,۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲,۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۲,۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸
۲,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۲,۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۲,۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۲,۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲

مقدار	تاریخ
۲,۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۲,۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۲,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۲,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۲,۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۷

CV%: 8.008	SD: 0.195	Mean: 2.432
------------	-----------	-------------

