

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : ABBOTT-3
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۷/۱۹:

سری ساخت : FNOO۱۱۱۸۳

عنوان آزمایش : CMV Ab (IgM)-CLIA
عنوان دستگاه : ABBOTT

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۶۵۳	۰.۱۱۱	۲.۰۵۴	۲.۱۶۵	۲.۲۷۶	۲.۳۸۷	۲.۴۹۸	۲.۶۰۹	۲.۷۲

مقدار	تاریخ
۲.۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۲.۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲.۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۲.۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۲.۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۲.۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۲.۵	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲.۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۲.۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۲.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۲.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۲.۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۲.۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۲.۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۲.۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۲.۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۲.۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۲.۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۲.۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۲.۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۲.۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۲.۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 5.08	SD: 0.122	Mean: 2.402
-----------	-----------	-------------